

DICOMscope - Bug #120

Deutlicherer Hinweis auf "Zweckbestimmung"

2007-11-07 00:00 - Jörg Riesmeier

Status: New	Start date:
Priority: High	Due date:
Assignee:	% Done: 0%
Category:	Estimated time: 0:00 hour
Target version:	
Description siehe Diskussion mit Herrn Dräger aus Stralsund (11/2007) Beim Starten sollte ein "Disclaimer" eingeblendet werden. Auch im Viewer sollte am besten ständig ein Hinweis erscheinen, dass die Software nicht für den klinischen Einsatz (z.B. zur Befundung) geeignet ist.	