

DCMTK - Feature #366

Umdefinition von (0040,A170) mit inkompatibler Änderung der VR

2012-02-29 00:00 - Jörg Riesmeier

Status:	New	Start date:	
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0:00 hour
Target version:		Compiler:	
Module:	dcmdata		
Operating System:			
Description			
Diskussion: http://forum.dcmthk.org/viewtopic.php?t=3300			
Momentan ist dieser Fall im "dicom.dic" dokumentiert:			
<pre># the following attribute is defined as SQ in the DICOM standard, # it was defined as CS in Supplement 23 (frozen draft) from 1997. # (0040,A170) CS RETIRED_ObservationClassTrial 1 DICOM/retired</pre>			
Schön wäre natürlich eine Lösung, die in Abhängigkeit von der SOP Class die richtige VR (CS oder SQ) verwendet. Das scheitert aber daran, dass an der betreffenden Stelle im Code kein Zugriff auf das Datenelement "SOP Class UID" besteht.			
Und diesen Konflikt auch im DICOM-Standard deutlich zu machen, habe ich (JR) am 10.02.2012 ein CP bei WG06 eingereicht.			

History

#1 - 2012-04-12 12:30 - Jörg Riesmeier

Siehe auch CP 1221 (Add note on VR conflict in data dictionary), das allerdings noch nicht verabschiedet ist.